

保守管理計画

施設名		医療機器安全管理責任者	
医療機器名 (販売名)			
機能区分 (一般的名称)	単相電動式造影剤注入装置	JMDNコード	40724000
製造販売業者	株式会社根本杏林堂		
製造番号 (型式・型番)			
購入年月日	年 月 日		
耐用年数	6年		
設置・保管場所			
保守点検	日常点検 (始業前)	『添付文書』および『日常点検リスト』に基づく	
	定期点検 1回/年	『添付文書』および『定期点検リスト』に基づく <ul style="list-style-type: none"> ・外観点検 ・電気的安全性点検 ・機能点検 ・性能点検 ・定期交換部品 	
		定期点検予定日: 年 月 日	
連絡先	株式会社根本杏林堂 TEL:0120-88-3981 (フリーダイヤル)		